and yellow fever, using electrochemical nanobioelectrode based on zinc oxide and concanavalin A nanoparticles. In this study, the zika virus and yellow fever were used to evaluate the capacity of the interaction of these viruses with the lectin concanavalin A, immobilized to a nanostructured platform, using the techniques of cyclic voltammetry and electrochemical impedance. The zika virus presented a higher interaction with lectin under study, being a useful tool for the clinical diagnosis.

KEYWORDS: *Biosensor; Zika; Yellow Fever; Concanavalin A.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente a população mundial vem enfrentando o combate ao arbovírus zika (ZIKV), devido às graves complicações que esse vírus é capaz de causar a saúde humana (FARIA et al., 2016). No Brasil, desde o início do ano de 2015, relatos epidemiológicos demonstraram que a infecção pelo ZIKV provocaram diversas complicações neurológicas em recém-nascidos de mães contaminadas durante a gestação, como a microcefalia conhecida como “Síndrome Congênita do Zika” (DURCE; GOMES, 2016; ZANLUCA et al., 2015).

As arboviroses são bastante frequentes após os períodos de chuvas, que aliada a falta de saneamento básico, acaba por favorecer a multiplicação do mosquito *Aedes aegypti* que é o vetor transmissor do ZIKV e febre amarela (FA). O vírus zika e febre amarela pertencem a família *Flaviviridae* e ao gênero *Flavivirus*, possuem o genoma constituído basicamente por RNA de cadeia simples de sentido positivo (RNA+) e proteínas estruturais semelhantes (BASARAB et al., 2016; IOOS et al., 2014). A FA é um vírus erradicado no território brasileiro devido a várias campanhas de vacinação estimuladas pelo Ministério da Saúde, porém após os surtos de zika, dengue e chikungunya esse vírus se reurbanizou (VALESKA; ROSSETTO., 2017). A sintomatologia da FA é pouco presente, o paciente infectado pode apresentar febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos nos primeiros dias da infecção. Em casos mais graves a FA pode provocar insuficiência hepática e renal, além de icterícia e episódios hemorrágicos.

O diagnóstico clínico para distinguir as arboviroses é limitado devido a semelhança na sintomatologia das infecções. As técnicas utilizadas para auxiliar o diagnóstico, como os testes imunológicos rápidos (MAC-ELISA) são inespecíficos para infecção aguda, e os testes específicos (RT-PCR) são de alto custo (NICOLINI; MCCracken; YOON, 2017; PARDEE et al., 2016). Diante da necessidade de um instrumento específico e eficiente na identificação e diferenciação das infecções por ZIKV e FA, a utilização do biossensor apresenta uma alternativa para auxiliar no diagnóstico das arboviroses. Os biossensores eletroquímicos são dispositivos capazes de detectar rapidamente espécies químicas e/ou biológicas, tendo como objetivo a produção de um sinal eletrônico proporcional em magnitude e/ou frequência à concentração do analito os quais interagem com o elemento biossensível (MONOŠÍK; STREĎANSKÝ; ŠTURDÍK, 2012; RONKAINEN; HALSALL; HEINEMAN, 2010).

As técnicas de voltametria cíclica (VC) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) são técnicas muito úteis no desenvolvimento de biossensores. A VC é uma técnica que fornece informação da interface do eletrodo biologicamente modificado, sendo capaz de avaliar a magnitude relativa da corrente gerada por transferência de elétrons durante o processo redox com a quantidade do analito presente na interface eletrodo-solução. A EIE

baseia-se na aplicação de um pequeno potencial AC em função do tempo para medir a corrente gerada, onde através do acompanhamento da impedância total dos sistemas pode-se avaliar a construção de uma variedade de biossensores. Estas técnicas podem ser aplicadas na obtenção de informações referentes à interação entre camadas sensora e o vírus de interesse.

As lectinas atualmente estão sendo bastante exploradas em biossensores como molécula de biorreconhecimento, devido a suas propriedades de interação específica com resíduos de carboidratos livres ou conjugados, o que é de interesse quando se trata de detecção de vírus em amostras sorológicas humana. Dentre as lectinas, a concanavalina A, possui afinidade a glicoproteínas glicosiladas e manosiladas presente em alguns capsídeo como o DENV, sendo assim uma excelente biomolécula para identificar e distinguir os arbovírus ZIKV e FA, tendo em vista que pertencem a mesma família (OLIVEIRA; CORREIA; DINIZ, 2009).

Os nanomateriais como as nanopartículas de óxido de zinco, são bastante utilizadas no desenvolvimento de biossensores pela capacidade de amplificação da resposta elétrica de um sistema eletroquímico, otimizando a reposta dos biossensores frente ao analito alvo, oferecendo uma maior sensibilidade ao biossensor (LIU et al., 2008; TAYLOR; KUMAR; CHEN, 2008). Desta forma, o objetivo deste estudo é desenvolvimento de biossensores eletroquímicos baseados em nanopartículas de óxido de zinco (NpZnOx) e Concanavalina A (ConA) para detecção e diferenciação do ZIKV e FA, para futura utilização no diagnóstico das arbovirose.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais utilizados

Concanavalina A (ConA), Nanopartículas de óxido de zinco (NpZnOx), cisteína (cys), soro albumina bovina (BSA), 1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide hydrochloride (EDC) e N-hydroxysuccinimide (NHS) foram adquiridos da Sigma Chemical (St. Louis, MO, USA). O ZIKV e FA foram gentilmente cedidos pelo Departamento de Virologia do Aggeu Magalhães.

2.2 Imobilização da Concanavalina A

Inicialmente o eletrodo de ouro foi polido em alumina, em seguida o aminoácido cisteína foi gotejado sobre a superfície do eletrodo de ouro formando uma fina camada. Posteriormente, foram adicionadas as NpZnOx modificadas com grupos amino, que foram ligadas quimicamente a cys por meio do agente acoplador EDC:NHS. Subsequentemente, a ConA foi adicionada ao sistema (Cys-EDC:NHS-NpZnOx) por meio de interação eletrostática com a plataforma nanoestruturada desenvolvida. Por fim, o BSA foi adicionado ao sistema para bloquear os sítios ativos inespecíficos.

2.3 Processo de biointeração

O biossensor desenvolvido foi submetidos ao ZIKV e FA purificados na diluição de 1:10. As amostras dos vírus foram diluídas em tampão fosfato de sódio (TFS) em pH 7,4. O volume utilizado para o ensaio de biointeração sobre a superfície do sensor foi 2µL, onde posteriormente foi incubado a temperatura ambiente por 10 minutos para favorecer a interação entre o sensor e o vírus.

2.4 Medidas eletroquímicas

Todas as medidas eletroquímicas foram realizadas no PGSTAT 128N potentiostato/galvanostato (Autolab, The Netherlands) com três eletrodos em uma célula eletroquímica convencional. Todos os experimentos foram realizados na presença de 10mM de uma solução eletrolítica de ferro-ferricianeto de potássio. A VC foi realizada em um potencial entre -0,2 e +0,7V em uma velocidade de varredura de 50mVs⁻¹

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente foi realizado o estudo eletroquímico do processo de montagem do biossensor como demonstrado na figura 1 por meio do voltamograma cíclico, onde foi possível observar que após a adsorção química da cys à superfície de ouro do eletrodo, ocorre uma diminuição do pico anódico e catódico do voltamograma cíclico, responsivo a esse processo de modificação na superfície do eletrodo (OLIVEIRA et al., 2011; SIMÃO et al., 2016). Posteriormente, foi observada uma alteração no perfil voltamétrico após a adição das NpZnOx aminadas. A presença de NpZnOx provoca um acúmulo de cargas positivas na superfície do eletrodo, o que favorece uma maior condutividade elétrica via atração da sonda redox, refletindo num aumento da área total do voltamograma (KHAN et al., 2008; TAYLOR; KUMAR; CHEN, 2008).

Em adição, após a imobilização da lectina ConA, observa-se uma diminuição nas correntes de pico, pelo aumento da resistividade elétrica do sistema, resultante da interação eletrostática da ConA às NpZnOx aderidas a plataforma (OLIVEIRA; CORREIA; DINIZ, 2009). Após a adição do BSA, ocorreu uma discreta diminuição da corrente amperométrica, resultante do bloqueio dos sítios ativos inespecíficos.

A atividade da lectina ConA imobilizada foi avaliada por meio da exposição do sensor às glicoproteínas fetuína e ovoalbumina, que são glicoconjugados que possuem grande afinidade a ConA. Como é possível visualizar na figura 1, o sensor demonstrou ser responsivo a essas glicoproteínas, sinalizado pelo bloqueio quase que total das correntes de pico após incubação.

Figura 1- Voltamograma Cíclico das etapas de montagem do biossensor por meio da sonda redox ferro-ferricianeto de potássio.

Na figura 2 podemos observar a resposta impedimétrica do processo de montagem sensor desenvolvido por meio da diminuição ou aumento do diâmetro do semi-círculo do Diagrama de Nyquist. O diâmetro do semicírculo reflete a resistência de transferência de carga (R_{ct}) do sistema. Inicialmente, observa-se um comportamento limitado por difusão da superfície de ouro ($R_{ct} = 0,35 \text{ k}\Omega$). Após a adsorção da cys foi observado um aumento representativo do R_{ct} ($4,79 \text{ k}\Omega$), representado pelo aumento do diâmetro do semi-círculo.

Subsequentemente ocorreu um decaimento da R_{ct} ($0,66 \text{ k}\Omega$) com a adição das NpsZnOx, devido às propriedades elétricas dessa molécula, aumentando a área de superfície do sensor, como demonstrado na VC. Após a imobilização da ConA, nota-se um bloqueio da resistividade ($2,34 \text{ k}\Omega$) demonstrando a adsorção eficiente dessa molécula na plataforma nanoestruturada desenvolvida. Em seguida, a adsorção do BSA demonstrou um novo aumento do R_{ct} ($5,34$), representando a finalização da construção da camada sensora.

A atividade da ConA também foi avaliada pela EIE, concordando com os resultados obtidos na VC. A ovoalbumina e a fetuína apresentaram um aumento representativo da R_{ct} , (figura 2), demonstrando que ConA manteve sua atividade biológica após a imobilização.

Figura 2- Diagrama de Nyquist das etapas de montagem do biossensor.

O sensor desenvolvido foi então avaliado frente aos ZIKV e a FA, como apresentado na figura 3a e 3b. Na figura 3a é observado uma drástica diminuição das correntes de pico do voltamograma em resposta a interação do sensor com o ZIKV quando comparada a resposta do sensor a FA. A figura 4 apresenta uma resposta semelhante a resposta amperométrica, com um aumento expressivo da R_{ct} em resposta ao ZIKV ($18,6 \text{ k}\Omega$) comparada a FA ($5,75 \text{ k}\Omega$). Esse padrão de reconhecimento se deve a provável diferença de resíduos de carboidratos glicosilados ou manosilados presente no capsídeo viral desses vírus, tendo em vista que a ConA é uma lectina que possui afinidade a glicose e manose. As características estruturais semelhantes do capsídeo viral, mesmo que mínimas, influenciam no processo de biointeração com a ConA. Desta forma, ConA apresentou melhor interação com o ZIKV o que reflete maior teor de sacarídeos específicos nesta estrutura.

Figura 3a - Voltamograma Cíclico da biointeração do sensor com os ZIKV e a FA **Figura 3b** - Diagrama de Nyquist da biointeração do sensor com os ZIKV e a FA.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo apresenta um novo método diagnóstico para infecções pelo ZIKV, baseado em nanopartículas de óxido de zinco e lectina ConA, com auxílio de técnicas eletroquímicas como VC e EIE, que foram extremamente úteis para avaliar o processo de imobilização de moléculas a plataforma, além de uma excelente ferramenta para avaliar a magnitude dos processos de biointeração entre sensor e vírus.

A utilização da ConA foi essencial para permitir uma diferenciação dos processos de infecção pelo ZIKV e FA, tendo em vista que foi mais responsiva ao ZIKV. Desta forma, o biossensor desenvolvido é uma nova ferramenta tecnológica específica para detecção de infecções pelo ZIKV.

5. REFERÊNCIAS

BASARAB, M. et al. Vírus da Zika. p. 1–6, 2016.

DURCE, M.; GOMES, C. Síndrome da infecção congênita pelo vírus Zika Zika virus congenital

- syndrome Síndrome de la infección congénita del virus Zika. v. 32, n. 7, p. 1–3, 2016.
- FARIA, N. R. et al. Zika virus in the Americas: Early epidemiological and genetic findings. v. 352, n. 6283, 2016.
- IOOS, S. et al. Current Zika virus epidemiology and recent epidemics. **Medecine et Maladies Infectieuses**, v. 44, n. 7, p. 302–307, 2014.
- KHAN, R. et al. Zinc oxide nanoparticles-chitosan composite film for cholesterol biosensor. v. 6, p. 207–213, 2008.
- LIU, G. et al. Nanoparticle-based biosensors and bioassays. **Electrochemical Sensors, Biosensors and their Biomedical Applications**, p. 441–457, 2008.
- MONOŠÍK, R.; STREĎANSKÝ, M.; ŠTURDÍK, E. Biosensors - classification, characterization and new trends. **Acta Chimica Slovaca**, v. 5, n. 1, p. 109–120, 2012.
- NICOLINI, A. M.; MCCracken, K. E.; YOON, J. Future developments in biosensors for field-ready Zika virus diagnostics. **Journal of Biological Engineering**, p. 1–9, 2017.
- OLIVEIRA, M. D. L. et al. Impedimetric biosensor based on self-assembled hybrid cystein-gold nanoparticles and CramoLL lectin for bacterial lipopolysaccharide recognition. **Journal of Colloid and Interface Science**, v. 362, n. 1, p. 194–201, 2011.
- OLIVEIRA, M. D. L.; CORREIA, M. T. S.; DINIZ, F. B. Biosensors and Bioelectronics Concanavalin A and polyvinyl butyral use as a potential dengue electrochemical biosensor. v. 25, p. 728–732, 2009.
- PARDEE, K. et al. Rapid , Low-Cost Detection of Zika Virus Using Programmable Biomolecular Components Resource Rapid , Low-Cost Detection of Zika Virus Using Programmable Biomolecular Components. **Cell**, v. 165, n. 5, p. 1255–1266, 2016.
- RONKAINEN, N. J.; HALSALL, H. B.; HEINEMAN, W. R. Electrochemical biosensors. **Chemical Society reviews**, v. 39, n. 5, p. 1747–1763, 2010.
- SIMÃO, E. P. et al. Biosensor based on cysteine monolayer and monoclonal antibody for specific detection of aflatoxin b1 in rice. **Journal of the Brazilian Chemical Society**, v. 27, n. 6, p. 1040–1047, 2016.
- TAYLOR, P.; KUMAR, S. A.; CHEN, S. M. Nanostructured Zinc Oxide Particles in Chemically Modified Electrodes for Biosensor Applications. n. September 2013, p. 37–41, 2008.
- VALESKA, E.; ROSSETTO. Letter to the editor. **Rev Inst Med Trop São Paulo.**, v. 59, n. February, p. 17–20, 2017.
- ZANLUCA, C. et al. First report of autochthonous transmission of Zika virus in Brazil. v. 110, n. June, p. 569–572, 2015.

6. AGRADECIMENTOS

Agradecemos as agências de fomento CAPES, CnPq e FACEPE pelo financiamento do presente trabalho.